StériDéfi-La touche Suisse

Luisa Da Silva - Spécialiste en stérilisation

La Longeraie – Morges

19.09.2020

StériDéfi-Qu’est-ce que c’est?

- Un jeu mis en ligne par la Société Française des sciences de la stérilisation.

- Pour tester les connaissances dans le domaine de la stérilisation.

- Un jeu pour créer un défi entre 2 équipes.

Pourquoi la Touche Suisse

- Adaptation a la législation et recommandations Suisses.
- Exemples:

1 émulateur classe 6 par charge
Utilisations des autoclaves- Niveau 1 de Stérilisation)
Pré-traitement recommandé
Responsabilité des services de Stérilisation- Minimum niveau II



2 émulateurs classe 6 par charge
Utilisations des autoclaves- conducteur d'autoclaves
Pré-traitement obligatoire
Responsabilité des services de stérilisation – Pharmaciens

Exemples de questions Recomposition/Conditionnement

Recomposition / Conditionnement		1	Libre	Non	Quelle doit être la largeur minimale d'une soudure à plusieurs bandes effectuée avec une thermosoudeuse ?	La largeur totale du ou des scellages, ne doit pas être inférieur à 6mm. Pour la soudure à plusieurs bandes la somme des largeurs des bandes soudées ne doit pas être inférieur à 6mm.	EN 868-5	Activée	
Recomposition / Conditionnement		1	Libre	Non	Quels sont les contrôles à effectuer sur la soudure d'un sachet papier/plastique ?	L'absence de cheminées, de plis, de coloration au niveaux des soudures. Soudure uniforme et fermeture sur toute la longueur. Sellage à une distance d'au moins 1 cm du bord extérieur.	SN EN ISO 11607	Activée	
Recomposition / Conditionnement		1	Libre	Non	Vrai ou faux : Lors du conditionnement dans un sachet papier/plastique le sens de l'instrument est important.	Vrai. Le sens de pelabilité est indiqué sur le sachet. La partie de préhension (anneaux) de l'instruments doit être positionné vers l'ouverture pour permettre une extraction aseptique.	Recommandations fournisseurs de sachets	Activée	
Recomposition / Conditionnement		1	Qcm	Non	Quel est la principale propriété d'un emballage de stérilisation permettant la conservation de l'état stérile d'un dispositif médical ? A- Perméabilité aux micro-organismes ;B-Destruction des micro-organismes ;C-Barrière aux micro-organismes	c Le système de barrière stérile- SBS- en contact avec le DM, constitue une barrière imperméable aux micro-organismes.(BPR)	SN EN ISO 11607-1 BPR 2016	Activée	

Comment y accéder?

Comment préparer un défi



Affichage des résultats



Exportation des résultats



Résultats de l’exportation (Excel)



Conseils d’utilisation

- Team Building
  - Pour mieux connaitre ses collègues, en créant 2 équipes ça les oblige a discuter entre eux pour trouver les réponses.

- Vérification des acquis/connaissances
  - Une manière un peu plus ludique qu’un simple questionnaire.

Conclusion

- Le comité romand de la SSSH est toujours a la recherche de tout ce qui est nouveauté pour partager avec ses membres.
- 22 Questions ont été crées pour le thème «Recomposition/conditionnement» , mais cela est que le début!
- BUT: mettre le jeu a disposition de tous nos membres sur le site SSSH

MERCI DE VOTRE ATTENTION