

# mo président

Pour cette édition, je vous ai préparé une information synthétique regroupant les thèmes principaux traités par le comité central de la SGSV/SSSH/SSSO.

## NOUVELLE PROFESSION

La procédure de consultation interne dans le cadre de l'ODASanté a été positive, mais le nombre de membre de la SGSV/SSSH/SSSO qui a répondu à celle-ci a été décevant. Je veux bien croire que vous faites confiance aux membres du comité central, mais lorsque votre avis est demandé sur un point aussi crucial pour votre avenir, je trouve qu'il est important de pouvoir montrer aux instances avec lesquelles nous travaillons ce que souhaite la base de notre société !

Le planning de la mise est en route du nouveau CFC de technologie en dispositifs médicaux est prévue, à ce jour, pour le mois d'août 2018.

## COMITÉ CENTRAL – NOUVEAUX MEMBRES

Il manque actuellement un membre dans le comité central et Mme Rosa Da Veiga nous a fait part de son souhait de démissionner de son poste lors de l'assemblée générale le 1<sup>er</sup> juin 2016. Nous cherchons donc au moins deux nouveaux membres qui pourraient profiter des deux prochaines années pour se former avec l'équipe actuelle et ainsi assurer la relève. Toutes les personnes intéressées ou qui souhaitent plus de ren-

## Mot du président

Frédéric Cavin

seignements peuvent me contacter par E-mail : [Fredy.Cavin@chuv.ch](mailto:Fredy.Cavin@chuv.ch).

### NOUVELLE ORDONNANCE

L'ordonnance sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a été abrogée le 31 décembre 2015 et a été remplacée par l'ordonnance sur les épidémies (Oep) qui a repris le même texte dans son article 25. La seule différence est qu'il est spécifié que le retraitement des DMx doit se faire conformément aux instructions du fabricant, voir lien ci-dessous :

Allemand :

<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20133212/index.html>

Français :

<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20133212/index.html>

Italien :

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20133212/index.html>

L'information qui a été faite par E-mail, n'a été lue que par 60 % des destinataires, c'est pourquoi une mise à jour du fichier doit être faite. Il serait souhaitable que les membres nous signalent s'ils n'ont pas reçu cette information et les modifications éventuelles de leurs coordonnées.



### NOUVELLE NORME

Une nouvelle version de la norme SN EN 14885 a été publiée. L'élément important est le tableau ci-dessous. Il nous donne la liste des normes auxquelles les désinfectants pour instruments doivent satisfaire. C'est utile lorsque vous faites un appel d'offre pour un tel produit.

### BONNES PRATIQUES 2016

Une nouvelle version des Bonnes Pratiques de retraitement des dispositifs médicaux est en phase de consultation et de consolidation. Les objectifs de cette révision ont été une mise à jour selon l'état des connaissances scientifiques actuelles et la mise à disposition des utilisateurs d'informations parfois difficiles à trouver dans les normes ou d'autres recommandations. Diverses informations sont prévues dans le courant de l'année pour vous transmettre les nouveautés et les implications qu'elles peuvent avoir sur votre travail au quotidien.

### CONFÉRENCE WFHSS

Le dernier congrès international a eu lieu à Lille en France au mois d'octobre 2015. Vous pouvez aller découvrir les nombreuses conférences intéressantes sur le site ci-dessous :

<http://afs.asso.fr/cms/index.php?page=conferences>

### ARCHIVES

Le site Internet de la SSSH va être mis à jour pour que nous puissions continuer à vous transmettre les présentations faites lors des journées de formation, les anciens Forum, la littérature utile, etc. De nouvelles rubriques vous permettront aussi de retrouver les rapports des présidents des années précédentes des différents comités, ainsi que les PV des assemblées générales.

### FORUM DE DISCUSSION

Plusieurs membres nous ont suggéré de créer un Forum de discussion sur le site Internet. Après réflexion, le comité central a renoncé à cette possibilité car les réponses qui sont parfois données



par les participants ne correspondent pas à l'état de la science et de la technique. Pour néanmoins répondre à vos attentes, vous découvrirez dans ce Forum, le premier « Le comité central répond à vos questions ».

Si vous avez des questions techniques sur votre travail au quotidien, nous serons très heureux de les recevoir pour que nous puissions vous donner des réponses officielles dans un prochain numéro.

#### OBJECTIFS 2016

Les principaux objectifs de la SGSV/SSSH/SSSO sont les suivants :

- Poursuivre les démarches pour la nouvelle profession, obtenir le pré-ticket et trouver les moyens de financement des supports d'enseignement
- Finaliser en collaboration avec Swissmedic et la société suisse d'hygiène la version 2016 des Bonnes Pratiques de Retraitement des dispositifs médicaux
- Modifier les statuts pour clarifier l'indépendance financière des sections, ce qui permettra de simplifier les aspects comptables, notamment vis-à-vis de la TVA
- Organiser un congrès annuel
- Publier deux numéros de la revue Forum par année
- Elaborer un projet de postulation pour l'organisation en Suisse du congrès WFHSS 2019
- Elaborer un plan pour assurer la relève du comité central et des sections

Si vous avez d'autres propositions, vous pouvez me les transmettre par E-mail ou faire une proposition pour l'assemblée générale qui aura lieu le 1 juin 2016 à Bienne. |

**Tableau 1 — Domaine médical – Méthodes d'essai normalisées à utiliser pour les revendications des produits**

Type d'activité	Phase, étape	Revendication du produit/Domaine d'application								
		Friction hygiénique des mains	Lavage hygiénique des mains	Friction et lavage chirurgicaux des mains	Désinfection des surfaces		Désinfection des instruments	Désinfection des textiles	Traitement de l'eau pour le contrôle de <i>Legionella</i>	
					action mécanique					
					sans	avec				
Bactéricide	2,1	EN 13727 (produits de friction des mains dans des conditions de propreté et produits de lavage des mains dans des conditions de saleté)			EN 13727			EN 13727	EN 13727	***
	2,2	EN 1500	EN 1499	EN 12791	EN 13697 <sup>a</sup>	*		EN 14561	*	***
Levuricide	2,1	EN 13624 (produits de friction des mains dans des conditions de propreté et produits de lavage des mains dans des conditions de saleté)			EN 13624			EN 13624	EN 13624	***
	2,2	***			EN 13697 <sup>a</sup>	*		EN 14562	*	***
Fongicide	2,1	***			EN 13624			EN 13624	EN 13624	***
	2,2	***			EN 13697 <sup>a</sup>	**		EN 14562	*	***
Tuber culocide	2,1	EN 14348	EN 14348	***	EN 14348			EN 14348	EN 14348	***
	2,2	***			**	**		EN 14563	*	***
Myco-bactéricide	2,1	EN 14348	EN 14348	***	EN 14348			EN 14348	EN 14348	***
	2,2	***			**	**		EN 14563	*	***
Virucide	2,1	EN 14476	EN 14476	***	EN 14476			EN 14476	EN 14476	***
	2,2	**	**	***	*			**	*	***
Sporicide aérobie	2,1	***			*			*	**	***
	2,2	***			*	**		**	***	***
Sporicide anaérobie	2,1	***			*			*	**	***
	2,2	***			*	**		**	***	***
<i>Legionella</i>	2,1	***			***			***	***	EN 13623

<sup>a</sup> Voir en 4.3.2.6.

\* Sujet d'étude approuvé.

\*\* Aucun sujet d'étude n'est actuellement approuvé, mais il se peut que des normes soient mises à disposition ultérieurement.

\*\*\* Aucun développement d'essai prévu.