

Observation de la pré-désinfection des dispositifs médicaux au bloc opératoire: forces et faiblesses

par Maria-Luisa HERRERO, Service Contrôle et Prévention de l'Infection aux HUG Genève

Background

Suite à la centralisation de la stérilisation des dispositifs médicaux des blocs vers la Stérilisation Centrale (S.C.), il est nécessaire de vérifier quelles sont « réellement » les pratiques de pré-désinfection (observation), les connaissances du processus par les différents partenaires et le cas échéant quelles améliorations apporter.

Le système interne d'assurance continue de la qualité à la S.C. permet d'avoir un suivi des dysfonctionnements de pré-désinfection (constat), mais les résultats sont difficiles à interpréter.

Seule une observation in situ des pratiques de pré-désinfection permet de mettre en exergue les forces et faiblesses des pratiques de pré-désinfection réalisées dans les blocs opératoires.

Méthode

audit des pratiques dans 3 sites centralisés versus un site non centralisé.

Analyse et restitution des résultats; information et/ou formation à propos des pratiques de pré-désinfection (ciblées selon les observations)

Deuxième observation ciblée par rapport aux erreurs constatées lors du premier audit.

Conclusions attendues

Mettre en évidence une éventuelle amélioration des pratiques suite à la restitution des résultats du premier audit

La pratique de pré-désinfection doit correspondre aux bonnes pratiques de retraitements des dispositifs médicaux stériles (BP) et aux besoins d'une prise en charge optimale des dispositifs médicaux à la S.C. pour l'ensemble des modes de retraitements.

ALMEDICA AG à Galmiz

Communication importante

Tous les produits de stérilisation
de BAG Med GmbH sont vendus exclusivement
par ALMEDICA S.A. depuis le 1er janvier 2005.

Service, conseils, formation et vente :
nos collaboratrices et collaborateurs
sont volontiers à votre disposition
- depuis plus que 30 ans.

Informations : 026 672 90 90 www.almedica.ch

ACTUELLEMENT DANS NOTRE ASSORTIMENT:

- ▶ TOSI® LumCheck
- ▶ BAG-DEWA-Test
- ▶ Appareil à étiqueter METO



ALMEDICA

SPECIFIC IN MEDICAL DIAGNOSTICS
ALMEDICA AG, HAUPTSTR. 76, CH-3285 GALMIZ
TEL +41 (0)26 672 90 90 FAX +41 (0)26 672 90 99
OFFICE@ALMEDICA.CH WWW.ALMEDICA.CH