

18. Schweizerische Fachtagung über die Sterilisation
Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation

Sensationen im Fokus Scope sur les scoops...!

Biel/Bienne, 22.-23. Juni/juin 2022



**Wie sich Gesamtkosten durch einen optimierten
Aufbereitungsprozess senken lassen:
Die Praxis zeigt - auf die Leistungsreserve kommt es an**


Name: Frau Kordula Hoffmann



SGSV
SSSH
SSSO

Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

Klinikum Weiden



- Gründung: 1889
- 1'800 Mitarbeiter
- 649 Betten
- 70'000 Patienten pro Jahr
- 20 Fachkliniken/-abteilungen
- AEMP zertifiziert (seit 2008) nach DIN EN ISO 9001 und EN ISO 13485

2 Einkammer RDG
2 Zweikammer RDG
1 Großraum CWA
2 Endoskop RDG-E


30 qualifizierte Mitarbeiter in beiden zertifizierten AEMP

85'000 Sterilisationseinheiten pro Jahr inkl.

- da Vinci – EndoWrist-Instrumente
- Komplexe Chirurgische Instrumente
- Flex. Endoskope

110 externe Kunden im Umkreis von 240 km mit Standzeiten bis zu 12 Stunden






Fehlermeldungen

Verfärbungen / Korrosion auf Instrumenten

Manuelle Vorreinigung


Große Anzahl an nach zu reinigenden Instrumente

Schwärzliche Verfärbungen/Ablagerungen



Gesamtkosten





Manuelle Vor- und Nachreinigung

Vor der Umstellung: **216** min / Tag

Nach der Umstellung auf deconex®: **18** min / Tag



Reparaturkosten


17 – 18 %
WENIGER
REPARATURKOSTEN



Senkung der
Reparaturkosten um
17 – 18%




Meldung Nichtkonformitäten Code 1 – Instrumente mit Restverschmutzung



Senkung der Fehlermeldungen restverschmutzter Instrumente

Vor Umstellung: **6 - 8** pro Quartal

Nach der Umstellung auf deconex®: **2** pro Quartal
(2021 **keine** Risikomeldung)



Keine Beläge /Verfärbungen in den Kammern, im Auslauf, in den Konnektoren der Beschickungswägen, in den Filtern, und und und....

Gesteigerte Kunden und Mitarbeiterzufriedenheit




81 %
SEHR GUT



19 %
GUT

Externe Kundenzufriedenheit AEMP
Weiden 2020
Qualität der Aufbereitung



■ Sehr gut
■ Gut



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Merci pour votre attention!