

18. Schweizerische Fachtagung über die Sterilisation
Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation

Sensationen im Fokus Scope sur les scoops...!

Biel/Bienne, 22.-23. Juni/juin 2022



**Comment les coûts totaux peuvent être réduits grâce
à un processus de retraitement optimisé ?
La pratique le montre – c'est la réserve de
performance qui compte**


Nom : Mme Kordula Hoffmann



SGSV
SSSH
SSSO

Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

La Clinique Weiden



- Fondation : 1889
- 1'800 collaborateurs
- 649 lits
- 70'000 patients par année
- 20 services/cliniques spécialisés
- STER certifiée (depuis 2008) selon DIN EN ISO 9001 en EN ISO 13485

2 LD à une chambre
2 LD à deux chambres
1 LD cabine
2 LDE


30 collaborateurs qualifiés
pour les deux STER certifiées

85'000 STE par année, y inclut

- Instruments da Vinci – EndoWrist
- Instruments chirurgicaux complexes
- Endoscopes flexibles

110 clients externe dans un rayon de 240 km
Avec temps d'attente jusqu'à 12 heures





Codes erreurs

Coloration / corrosion sur les instruments

Prénettoyage manuel


Nombre important d'instruments à faire renettoyer

Noircissements/dépôts



Coûts totaux





Nettoyage manuel en amont et en aval

Avant le changement : **216** min / jour

Après le changement pour deconex[®] : **18** min / jour



Réduction des frais de réparation APRES le changement pour deconex®

Frais de réparation

17 – 18 %

WENIGER
REPARATURKOSTEN




Réduction des frais
de réparation de
17 – 18%



Salissures résiduelles APRES le changement pour deconex[®]


Annonce non-conformité code 1 –
Instruments avec salissures résiduelles



**Réduction des codes erreurs d'instruments
avec salissures résiduelles**

Avant le changement : **6 - 8** par trimestre

Après le changement deconex[®] : **2** par trimestre
(2021 **aucune** annonce de risque)



Pas de dépôts/coloration dans les
chambres, dans l'écoulement, sur les
connecteurs des charriots de
chargement, dans les filtres etc.

Clients et collaborateurs plus satisfaits




81 %
SEHR GUT



19 %
GUT

Satisfaction clients externes avec
STER Weiden 2020
Qualité du retraitement



■ Sehr gut
■ Gut



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Merci de votre attention !